

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS ANALITZADORS DE FÒSFOR ALS DOS CANALS DE SORTIDA DE DECANTACIÓ SECUNDÀRIA DE L'EDAR BAIX LLOBREGAT

Núm. Exp.: AB/2026/139

8/7/2026

Núm.	CONSULTA OPERADOR ECONÒMIC	RESPOSTA DE AIGÜES DE BARCELONA
1	Es demana aclariment sobre PPT: Es manté l'obligatorietat d'incloure els treballs d'instal·lació, muntatge i posada en marxa tal com es descriu en els esmentats apartats del (específicament en els Apartats 3, 4 i 8) del PPT.	No s'inclou instal·lació/muntatge, només posada en marxa, però no el connexionat elèctric ni de comunicació que puguin necessitar els equips ni la programació que puguin necessitar per visualitzar els equips en SCADA, ja que això corre a càrrec de planta. L'apartat "2. OBJECTE". Aquest document té per objecte definir les condicions i prescripcions tècniques necessàries per al subministrament, muntatge i posta en marxa...". En aquest cas, muntatge es refereix a les parts internes del propi equip com a col·locació de reactius químics i tubs interns propis de la posada en marxa d'aquest tipus d'equips. A l'apartat "4. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT I TREBALLS ASSOCIATS" s'indica expressament que "*El muntatge i la programació i connexió a SCADA es farà amb recursos propis." Entenent-se per muntatge la instal·lació dels equips a la ubicació seleccionada en planta i connexions que poguessin ser necessàries entre equips i planta, a més de la programació dels equips en PLC/Scada. No s'inclou. Per altra banda, en el pressupost també s'evidencia que els treballs associats a cada partida no inclouen instal·lació de cap tipus, sinó només subministrament dels equips (analitzadors) i material necessari (cabletat per a alimentació elèctrica i comunicació) (si bé la instal·lació d'aquest material no està inclosa, i corre a càrrec de planta), així com posada en marxa i els reactius necessaris per a realitzar-la, i els costos de transport associats al subministrament.